

附件

废除国家计量基准名单

序号	计量基准名称	测量范围	测量不确定度	证书编号	保存单位
1	光度副基准装置	500cd	$\pm 0.32\%$	(86)量局准证副字第025号	中国测试技术研究院
2	3cm 功率基准装置	(8.2 ~ 12.4) GHz (1 ~ 50) mW	0.5% ($k=2$)	国基证〔2002〕第064号	中国计量科学研究院
3	5cm 热噪声基准装置	(5.0 ~ 6.0) GHz, (-5.5 ~ 20) dB	0.06dB ($k=2$)	国基证〔2002〕第072号	中国计量科学研究院
4	($10 \sim 10^{-6}$) lx 弱光 光度基准装置	($10 \sim 10^{-3}$) lx, ($1 \sim 10^{-7}$) cd/m	1.5% ($k=3$) (4 ~ 4.5) % ($k=3$)	国基证〔2002〕第090号	中国测试技术研究院